

UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/BC-SYT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC

(Theo Thông tư số: 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Thời gian từ ngày 23/12/2021 đến ngày 03/01/2022

Kính gửi:

- Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu							Thông tin chung		Kết quả thực hiện												
STT	Tên trang thiết bị y tế	Phân nhóm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Số lượng định mức	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại (model) / Mã sản phẩm	Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Đơn giá trúng thầu (VNĐ)	Tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị trúng thầu	Mã số thuế của đơn vị trúng thầu	Ghi chú
Quyết định phê duyệt dự toán Số 2932/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Bình Oxy Y tế (gồm 01 mặt hàng) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi định thầu rút gọn							Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 1228/QĐ-SYT ngày 23 tháng 12 năm 2021 Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Bình Oxy Y tế (gồm 01 mặt hàng) thuộc Dự toán mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán và trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19														
1	Bình oxy 40L (5-6 m ³)	6	100	Bình	2.350.000	235.000.000	Quỹ dự trữ tài chính		Bình oxy 40L (5-6 m ³)	QF-2C	10442249422 10	2021	Trung Quốc	Nanjing Bangwin IMB&EXP	Nanjing Bangwin IMB&E XP	Bình	2.350.000	- Model: QF-2. - Tiêu chuẩn: ISO 9809-3. - Áp suất làm việc: 150bar. - Áp suất chứa: 250bar. - Độ dày bình: 5.4mm. - Cân nặng: 46kgs. - Độ cao: 180 cm. - Bộ van lưu lượng kế.	Công ty TNHH Mỹ Phẩm Bangkok	0314071 072	

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(ký tên, ghi rõ chức danh, đơn vị công tác)



Ứng Quốc Điền

Dược sỹ
Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NVD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Đức Thanh