

Số: /BC-SYT

Trà Vinh, ngày tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC

(Theo Thông tư số: 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Thời gian từ ngày 23/12/2021 đến ngày 03/01/2022

Kính gửi:

- Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính);

- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu							Thông tin chung		Kết quả thực hiện												
STT	Tên trang thiết bị y tế	Phân nhóm	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Nguồn vốn đầu tư	Số lượng định mức	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại (model) / Mã sản phẩm	Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu	Năm sản xuất	Nước sản xuất	Hãng sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Đơn giá trúng thầu (VNĐ)	Tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị trúng thầu	Mã số thuế của đơn vị trúng thầu	Ghi chú
Quyết định phê duyệt dự toán Số 2932/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh							Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 1224/QĐ-SYT ngày 23 tháng 12 năm 2021		Tên gói thầu Gói thầu số 11: Vật tư cho máy HFNC (odel: NF5) (gồm 04 mặt hàng) thuộc Dự toán mua thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán và trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19												
Tên gói Gói thầu số 11: Vật tư cho máy HFNC (odel: NF5) (gồm 04 mặt hàng)																					
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn																					
1	Bình làm ấm	6	50	Cái	350.000	17.500.000	Quỹ dự trữ tài chính		Bình làm ấm	VHC60		2020	Trung Quốc	Vincent Medical	Vincent Medical/ Trung Quốc	Cái	350.000	Tự động làm đầy nước, thể tích men khi bình rỗng là 44 mm, khi đầy là 280mm. - Dung tích chứa nước tối đa là 160mm.	Công ty Cổ phần phân phối và đầu tư Patco	0104856349	

																	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 130x122x95mm - Độ rò ≤ 25ml/phút - Lưu lượng cực đại 60L/phút - Áp lực vận hành tối đa: 16.5kPa (165cmH2O) - Phạm vi nhiệt độ vận hành: 18-28 độ C- Phạm vi độ ẩm vận hành: 15%- 93%RH - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 		
2	Bộ lọc không khí vào máy	6	50	Cái	50.000	2.500.000	Quỹ dự trữ tài chính	Bộ lọc không khí vào máy	51006764		2020	Trung Quốc	Vincent Medical	Vincent Medical/ Trung Quốc	Cái	50.000	<ul style="list-style-type: none"> - Lưu lượng dòng chảy tối đa 60L/phút - Đầu nối 15F/22M - Chiều dài 380mm - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 - Không sử dụng thiết bị khi có chống chỉ định sử dụng thở áp lực dương liên tục (CPAP) và liệu pháp thở oxy dòng cao. 	Công ty Cổ phần phân phối và đầu tư Patco	0104856349
3	Gọng thở mũi lưu lượng cao	6	50	Cái	650.000	32.500.000	Quỹ dự trữ tài chính	Gọng thở mũi lưu lượng cao	VANC-02		2020	Trung Quốc	Vincent Medical	Vincent Medical/ Trung Quốc	Cái	650.000	<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp với dây đốt nhiệt dành cho người 	Công ty Cổ phần phân phối và đầu tư Patco	0104856349
4	Ống thở	6	50	Cái	800.000	40.000.000	Quỹ dự trữ tài chính	Ống thở	510-049		2020	Trung Quốc	Vincent Medical	Vincent Medical/	Cái	800.000	<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp với dây đốt nhiệt dành cho người 	Công ty Cổ phần phân phối và đầu tư Patco	0104856349

															Trung Quốc			lớn (đường kính 22mm)	đầu tư Patco		
																		- Chiều dài 1.5m			
																		- Lưu lượng dòng chảy: 10-60L/phút			
																		- Thời gian sử dụng tối đa 14 ngày			
																		- Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001			

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(ký tên, ghi rõ chức danh, đơn vị công tác)



Nguyễn Văn Truyền

Dược sỹ
Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NVD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Đức Thanh